



U.O.C. Tecnico Patrimoniale  
Tel. 0825.877413 – 0825.754975  
Fax 0825.877406 – 0825.781760  
e-mail: [ufficio.tecnico@aslavellino.it](mailto:ufficio.tecnico@aslavellino.it)

## SERVIZIO SANITARIO REGIONE CAMPANIA

### AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

Via degli Imbimbo 10/12-83100 Avellino – Tel. 0825 -291111

PROT N. 1236

del 04 GIU. 2021

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

**Oggetto:** Procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di n.1 gabbia di Faraday e relativi sistemi e servizi accessori da destinare al sito di Risonanza Magnetica Nucleare del P.O. “Sant’Ottone – Frangipane” di Ariano Irpino (AV) – **Risposte a richiesta chiarimenti**

**Quesito a):** Nella descrizione tecnica viene ventilata la possibilità di utilizzo dell’attuale distribuzione areaulica di reparto dall’impianto esistente; Si richiedono gli elaborati tecnici (possibilmente in formato dwg) dell’attuale distribuzione al piano e gli schemi funzionali dell’impianto di generazione areaulica attinenti alla suddetta area;

**RISPOSTA al Quesito a):** *In Allegato A si riportano le specifiche tecniche dell’unità di trattamento aria e del gruppo frigo a servizio dell’area oggetto dell’intervento; gli elaborati in formato editabile a disposizione della Stazione Appaltante sono stati forniti all’atto del sopralluogo obbligatorio in accordo a quanto previsto all’art. 3 dal Capitolato Speciale di Appalto.*

**Quesito b):** In fase di sopralluogo è stata mostrata la via di collegamento (dalla zona quadri generali sino alla sala UPS e da quest’ultima sino alla zona di intervento; si richiede planimetria (possibilmente in formato dwg) dell’intero percorso di alimentazione di potenza richiesto;

**RISPOSTA al Quesito b):** *In allegato B si riporta planimetria in formato pdf con indicazione del percorso cavi per l’alimentazione elettrica e stima delle relative distanze.*

**Quesito c):** Si richiedono dati di potenza relativi alla TC esistente

**RISPOSTA al Quesito c):** *In allegato C si riportano i dati di potenza del tomografo assiale computerizzato in dotazione al Presidio Ospedaliero.*

**Quesito d):** Si richiede la verifica della presenza, nella zona quadri generali, di interruttori scatolari disponibili a garantire la potenza della macchina Siemens e le utenze di servizio;

**RISPOSTA al Quesito d):** *Si consideri l’allegato alla risposta al Quesito c)*

**Quesito e):** Nel capitolato di gara viene definito il tempo massimo per l’esecuzione delle lavorazioni in 30 gg a far data dalla trasmissione (via PEC) di validazione del progetto esecutivo: la previsione di tempistiche maggiori provoca esclusione dalla gara o riduzione del punteggio premiante?

**RISPOSTA al Quesito e):** *La specifica relativa alla tempistica per l’ultimazione delle lavorazioni, fissata in 30 gg naturali e consecutivi dalla comunicazione a mezzo pec dell’avvenuta approvazione del progetto esecutivo, è da intendersi requisito minimo a pena di esclusione; saranno oggetto di valutazione ed eventuale assegnazione di punteggio premiante esclusivamente le tempistiche migliorative rispetto alla soglia temporale minima testé indicata.*

IL RUP

U.O.C. Tecnico Patrimoniale  
SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA  
Ing. Antonio SIFONIANO