



U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Tel. 0825.877413 – 0825.754975
Fax 0825.877406 – 0825.781760
e-mail: ufficio.tecnico@aslavellino.it

SERVIZIO SANITARIO REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

Via degli Imbimbo 10/12-83100 Avellino – Tel. 0825 -291111

PROT N. 1837
del 04 GIU. 2021

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di n.1 gabbia di Faraday e relativi sistemi e servizi accessori da destinare al sito di Risonanza Magnetica Nucleare del P.O. “Sant’Ottone – Frangipane” di Ariano Irpino (AV) – **Risposte a richiesta chiarimenti**

Quesito 1): Si chiede di dichiarare la categoria prevalente e quella scorporabile, indicando le relative percentuali.

RISPOSTA al Quesito 1): *La procedura di gara in oggetto prevede quale categoria prevalente o scorporabile la “Fornitura di beni”, così come indicato nel relativo form della procedura telematica SIMOG/ANAC per la generazione del CIG.*

Quesito 2): Con riferimento alla parte IV del DGUE si chiede di confermare che l’operatore economica potrà compilare solo la sezione “alfa”

RISPOSTA al Quesito 2): *Come indicato al punto 12a del Capitolato Speciale di appalto il concorrente dovrà dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:*

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica.

Quesito 3): Si chiede di confermare che il portale per il rilevamento dei materiali ferromagnetici integrato nella porta schermante possa essere sostituito da un equivalente sistema di rilevamento ferromagnetico per il controllo degli accessi da installare ai due lati esterni della porta schermante

RISPOSTA al Quesito c): *Si conferma, stante il rispetto della normativa vigente di settore e delle indicazioni operative dell’Inail per la gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza Magnetica.*

Quesito 4): Si chiede di confermare che il servizio di garanzia globale full-risk richiesto, non inferiore a 24 mesi, si riferisce esclusivamente ai difetti di origine dei materiali, non coprendo quindi né i consumabili, né eventuali danni derivanti dal successivo utilizzo improprio dei beni soggetti a garanzia

RISPOSTA al Quesito 4): *Si conferma la non validità della garanzia per materiale di consumo o per eventuali danni derivanti da uso improprio dei beni.*

Quesito 5): Si chiede di confermare che l’eventuale basamento opportunamente dimensionato a sostegno del magnete è a carico della stazione appaltante

RISPOSTA al Quesito 5): *Come indicato al punto 16.1 del Capitolato Speciale di appalto, l’operatore economico offerente valuterà l’eventuale realizzazione di un nuovo basamento opportunamente dimensionato a sostegno del magnete.*

Quesito 6): Si chiede di confermare che il trasporto del magnete e gli accessori della RM non sono a carico dell'operatore economico

RISPOSTA al Quesito 6): *Si conferma.*

Quesito 7): Si chiede di confermare che le nuove macchine e gli accessori degli impianti di condizionamento delle sale RM e del Locale Tecnico possono essere installati sul piano di copertura in corrispondenza della sala RM. In caso positivo, si chiede di confermare che vi sono le condizioni strutturali per garantire tale installazione

RISPOSTA al Quesito 7): *Si conferma la possibilità di utilizzare il piano di copertura della sala magnete per l'installazione delle nuove macchine e degli accessori degli impianti di condizionamento delle sale magnete e locale tecnico; le condizioni di installazione in termini di carico e posizionamento sono da valutarsi in relazione al peso ed agli ingombri della strumentazione in questione.*

Quesito 8): Si chiede di confermare che l'area di cantiere necessaria anche per lo stoccaggio dei materiali può essere considerata l'area su cui insiste attualmente un parcheggio, di fronte alla porta di emergenza

RISPOSTA al Quesito 8): *Si conferma.*

Quesito 9): Si chiede di confermare che nell'allegato "AT5 - dettaglio planimetrico dell'area oggetto dell'appalto" può essere modificata l'area necessaria al nuovo reparto rispetto a quanto riportato

RISPOSTA al Quesito 9): *Si conferma, stante il rispetto della normativa vigente di settore per l'esercizio delle attività di reparto.*

IL RUP

U.O.C. Tecnico Patrimoniale
SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
Ing. Antonio SIRIGNANO

