

QUESITI

- 1) si chiede di specificare se è sufficiente che tutti gli automezzi siano dotati della predisposizione per l'installazione di un sistema radio.
- 2) si chiede di specificare se è possibile prevedere anche l'utilizzo di automezzi non necessariamente di proprietà dell'affidatario, ma di cui se ne possiede comunque la piena disponibilità.
- 3) Nell'allegato 2 "Allestimenti e forniture elettromedicali" è indicata la presenza del sistema a "biocontenimento": si chiede di chiarire quanti sistemi a biocontenimento dovranno essere forniti.
- 4) Nell'allegato 2 "Allestimenti e forniture elettromedicali" è indicata la presenza sia di un Aspiratore di secreti fisso che portatile: si chiede se è possibile adottare la soluzione della fornitura di un Aspiratore di secreti il cui utilizzo può essere sia fisso che portatile.
- 5) Nell'allegato 2 "Allestimenti e forniture elettromedicali" è indicata la fornitura sia di un "Monitor defibrillatore multiparametrico" sia di un "Defibrillatore semiautomatico", si chiede la conferma di entrambe le apparecchiature;
- 6) Nell'allegato 2 "Allestimenti e forniture elettromedicali" è indicata, la fornitura di una "Sedia portantina con dispositivo scendiscale a cingoli, assistita o motorizzata": si chiede se è possibile fornire la "Sedia portantina" non necessariamente dotata di dispositivo scendiscale a cingoli.

RISPOSTE

- 1) Tutti gli automezzi devono possedere almeno la predisposizione per sistema radio;
- 2) Gli affidatari devono essere proprietari degli automezzi o possederne la piena disponibilità
- 3) E' richiesto un minimo di tre barelle di biocontenimento
- 4) E' possibile adottare la soluzione di un Aspiratore di secreti il cui utilizzo può essere sia fisso che portatile, salvaguardando le caratteristiche funzionali.
- 5) si conferma quanto previsto e richiesto negli atti di gara: Il defibrillatore multiparametrico ha la possibilità di applicazione di device per la rilevazione dei parametri vitali che il semplice defibrillatore semiautomatico non permette, trattasi di due apparecchiature con caratteristiche e funzioni non identiche.

6) si conferma quanto previsto e richiesto negli atti di gara: la Sedia portantina con dispositivo scendiscale a cingoli, assistita o motorizzata permette il lavoro in ergonomia.