

U.O.C. Provveditorato

Via F. Iannaccone n. 21 - 83100 AVELLINO
Tel. 0825-164400 interno 2213 - Fax.0825-1644007
Direttore ad interim: dr.ssa Mariarosaria Di Trollo.
e-mail: mditrollo@aslavellino.it

Prot.n. - del

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
PER IL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE**

Chiarimenti n. 1

Facendo seguito a richieste di chiarimenti prevenute alla scrivente Unità Operativa si specifica quanto segue:

Disciplinare di Gara:

- Art 1.2.3 - lettera a) e b) "Requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica": si conferma quanto richiesto nell'articolo;
- Art. 8 - punto 5 "Presentazione dell'offerta": il riferimento al modello 5/bis è da considerarsi un refuso;
- Art. 8 - lettera B "Documentazione Tecnica": si precisa che occorre presentare le dichiarazioni di conformità e/o certificato CE o ISO per le apparecchiature e per il materiale di consumo offerto e che tutta la documentazione deve essere in lingua italiana e, se in lingua straniera, corredata di traduzione. Si conferma, inoltre, che la documentazione tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante e che il CD contenente il carteggio deve essere in formato PDF senza firma perchè già prodotta sui relativi documenti cartacei;
- Art. 7 "Modalità di presentazione della documentazione": si conferma che tutta la documentazione, originale o in copia conforme, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante;
- si precisa, inoltre, che è possibile presentare un solo modello per lotto con relativa scheda tecnica;
- Informazioni Complementari: le spese di pubblicazione dell' avviso sui quotidiani pari ad € 3145,16 verrà ripartito in parti uguali tra le ditte affidatarie dell'accordo quadro.

Capitolato Speciale d'Appalto:

- Art. 6 "Caratteristiche delle apparecchiature": si precisa che il riferimento al lotto 4 è da considerarsi un refuso mentre si conferma quanto altro richiesto nell'articolo;
 - Art. 7 "Descrizione dei lotti e quantitativi presunti":
 - a) Lotti 1 e 2 (CPAP e AUTOCAP): la caratteristica di riduzione della pressione in fase espiratoria è possibile e pertanto non vincolante;
 - b) Lotti 3 e 4 (Ventilatori polmonari BILEVEL-ST e BILEVEL con controllo volume): è possibile presentare apparecchiature con regolazione automatica e/o manuale del trigger e si conferma quanto altro descritto nelle relative schede tecniche;
 - c) Lotto 5 (PSV): il requisito di arricchimento ossigeno, con lettura della FiO2 o del richiesto utilizzo di un raccordo a T, è possibile e pertanto non vincolante;
 - d) Lotto 6 (Ventilatori presso volumetrici non invasivi): la caratteristica di riduzione della pressione in fase espiratoria è possibile e quindi non vincolante;
- il riferimento alla durata di 6 ore della batteria indicato nelle schede tecniche dei lotti 5 e 6 è da considerarsi un refuso;

e) Lotto 9 (Apparecchi per aspirazione secrezioni): si confermano i requisiti della scheda tecnica (flusso minimo di 20 litri/m e durata della batteria di 30 m);

f) Lotto 13 (Nebulizzatori): si precisa che la descrizione dell'apparecchio è generica ed è, quindi, possibile presentare nebulizzatori per pazienti affetti da fibrosi cistica. Resta fermo, però, il fatto che non sono ammissibili offerte alternative;

- Art. 10 "Modalità di svolgimento del servizio": la consegna delle apparecchiature e del materiale di consumo deve avvenire entro le 24 ore lavorative dalla trasmissione della richiesta tranne che per i lotti 3, 7 e 12 per i quali si confermano i tempi indicati nelle schede tecniche;
si conferma quanto altro specificato nell'articolo 10 del CSA;

Modello Allegato 2: si precisa che al punto 2 il modello da utilizzare è l'allegato 4;